

Politechnika Świętokrzyska
25 – 314 Kielce
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

Kielce, dnia 14.09.2018 r.

ATZ-111/2018

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **Modułu symulacji i pomiarów turbin wiatrowych: otwarty tunel aerodynamiczny wraz z oprzyrządowaniem; Modułu symulacji i pomiarów PhotoVoltaicznych dla Laboratorium Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Świętokrzyskiej**

w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Nr ogłoszenia w Dz.Urz UE: 2018/S 156-357994 z dnia 16.08.2018, znak: ATZ-381-28/18

W związku z wniesionymi zapytaniem wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Pzp, wyjaśnia co następuje:

PYTANIA

1. Termin realizacji zamówienia dla obu części w SIWZ wynosi: 126 dni od daty zawarcia umowy. Natomiast we wzorze oferty podano terminy odbiegające od SIWZ.

Zobowiązujemy się zrealizować zamówienia w terminie:

Część I dni roboczych od zawarcia umowy (*podać w dniach termin nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych*)

Część II dni roboczych od zawarcia umowy (*podać w dniach termin nie może być dłuższy niż 56 dni roboczych*)

Pytanie do pkt.1: Które terminy realizacji są poprawne?

2. Cena netto + VAT = cena brutto Formularz Oferty oraz w Umowie

Wynagrodzenie, za realizację przedmiotu umowy wynosi: Ogółem kwota brutto (w tym należny podatek VAT (słownie złotych)

Pytanie do pkt.2: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawca zagraniczny biorący udział w niniejszym postępowaniu, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług na terytorium Polski, mógł wpisać na formularzu oferty wartość zamówienia netto wyrażoną w PLN? Zatem wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy na etapie oceny ofert należny podatek VAT. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

3. Miejsce Wykonania Zamówienia

W SIWZ to: Kielce, Politechnika Świętokrzyska, Laboratorium Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii

We wzorze Umowy to: Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych

Pytanie do pkt.3: Który adres jest poprawny?

4. „JEDZ” Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

UWAGA! Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem <https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/jedz.html> w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.

Instrukcja złożenia JEDZ środkiem komunikacji elektronicznej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

Złożenie Jednolitego Dokumentu wraz z ofertą na nośniku danych lub w innej formie niż przewidziana powyżej jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pytanie do pkt.4: Czy oprócz JEDZ w formie elektronicznej należy również wraz z ofertą złożyć wypełniony JEDZ w formie papierowej?

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

część I - 2 935,00 zł

część II – 450,00 zł

Pytanie do pkt.5: Czy Zamawiający dopuszcza wyniesienie Wadium w formie przelewu na konto Politechniki w jednej sumie dla obu części razem?

6. Kary umowne

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 200,00 zł netto za każdy dzień opóźnienia,
- b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady w wysokości 200,00 zł netto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
- c) w przypadku nie usunięcia awarii w terminie określonym w § 10 ust. 2 umowy w okresie gwarancji i nie dostarczenia sprzętu zastępczego w wysokości 200,00 zł netto za każdy dzień opóźnienia.
- d) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania awarii w wysokości 100,00 zł netto za każdą godzinę opóźnienia.

Pytanie do pkt.6: Na jakiej zasadzie Zamawiający określił wysokość kar umownych i czy ich wysokość odnosi się do obu części niezależnie od wyraźnych różnic wartości dostaw obu części?

Różnice wartości można wydedukować z wysokości Wadium oraz z wymagań dot. zdolności technicznej (wartość dostawy dla cz. I min. 156.500,00 PLN/ i dla cz. II min. 24.000,00 PLN).

Biorąc powyższe pod uwagę uważamy, iż ustanowienie kar za opóźnienie na poziomie powyżej 0,8% wartości zamówienia za zbyt wygórowane.

Jako ewentualny Wykonawca zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie ww. kar umownych za opóźnienie w dostawie na poziomie 0,1% do 0,2%?

7. W trakcie analizy SIWZ narodziło nam się pytanie dotyczące wielkości komory pomiarowej. Podczas badań w tunelu aerodynamicznym badany obiekt powinien stanowić 5% przekroju komory pomiarowej. Przy komorze o wymiarach 0,29mx0,29m, badany obiekt powinien mieć powierzchnię przekroju max. 0,0042m². Co stanowi 37 mm średnicę okręgu. Czy takie wielkości badanych obiektów będą wystarczające?

ODPOWIEDZI

1. Termin realizacji zamówienia dla obu części został podany w SIWZ (pkt IV) oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu (pkt II. 2.7). W formularzu ofertowym Zamawiający omyłkowo wpisał terminy, które nie dotyczą przedmiotowego postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w ofercie jednak nie dłuższym niż:

dla części 1 – 126 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

dla części 2 – 126 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

W związku z powyższym Zamawiający poprawia omyłkę pisarską, stwierdzoną w załączniku nr 2 - formularz oferty, w następujący sposób:

„5. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienia w terminie:

Część I.....dni roboczych od zawarcia umowy (*podać w dniach termin nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych*)

Część II.....dni roboczych od zawarcia umowy (*podać w dniach termin nie może być dłuższy niż 56 dni roboczych*)”

poprawia się na

„5. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienia w terminie:

Część I.....dni roboczych od zawarcia umowy (*podać w dniach termin nie może być dłuższy niż 126 dni roboczych*)

Część II.....dni roboczych od zawarcia umowy (*podać w dniach termin nie może być dłuższy niż 126 dni roboczych*)”

2. Zamawiający w pkt XIV SIWZ opisał sposób obliczenia ceny. Zgodnie z ust. 6 pkt XIV Cena zamówienia winna być wyliczona przy zastosowaniu obowiązującej w dniu składania oferty stawki podatku VAT tj. w wysokości 23%.


3. Miejscem realizacji zamówienia jest Kielce, Politechnika Świętokrzyska, Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii. Zamawiający wyjaśnia, iż ilekroć w dokumentacji przetargowej pojawia się nazwa laboratorium dotyczy to Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii.

4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Zamawiający nie wymaga dodatkowo złożenia wraz z ofertą formy papierowej JEDZ.

5. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej sumie dla obu części razem. W tej sytuacji Wykonawca w przelewie zobowiązany będzie wpisać obie części na które składa ofertę.

6. Wysokość kar umownych odnosi się do obu części i nie jest wygórowana. Priorytetem dla Zamawiającego jest terminowa realizacja przedmiotu zamówienia. Termin został ustalony dla obu części na 126 dni od dnia zawarcia umowy. Jest to termin wystarczający z punktu widzenia prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podał, że wymiary sekcji pomiarowej nie mogą być mniejsze niż: wysokość 290 mm; szerokość 290 mm; długość 420 mm. Zamawiający potwierdza zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

KIEROWNIK
projektu CENWIS

dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk