

Politechnika Świętokrzyska  
25 – 314 Kielce  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

ATZ- 381/44- 5 /2019

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę „Dronu wielowirnikowego z anteną satelitarną wraz z współpracującym sprzętem i oprogramowaniem dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. (DZ.U.2018.1986 tj.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ, w następujący sposób:

### Treść załącznika nr 1 do SIWZ zmienia się na:

#### **I. Odbiornik GNSS – 2 sztuki:**

#### **II. Akcesoria odbiornika GNSS:**

1. Tyczka teleskopowa: min. 2m – 2szt.
2. Szttywna waliza transportowa - 2szt.
3. Ładowarka z kablem zasilającym - 2szt.
4. Akumulatory – 4 szt.
5. Szelki transportowe – 2szt
6. Instrukcja obsługi w języku polskim - 2 szt.

#### **III. Kontroler – 2 sztuki:**

#### **IV. Akcesoria kontrolera:**

1. Uchwyt montażowy do tyczki - 2szt.
2. Ładowarka z kablem zasilającym - 2szt.
3. Folia ochronna - 2szt.
4. Akumulator – 2szt.
5. Rysik – 2 szt.
6. Pasek na rękę – 2 szt.

#### **IX. Czujnik termowizyjny typu FLIR wraz z kamerą wizyjną**

#### **Obiektyw**

Wymagana rozdzielczość matrycy nie mniejsza niż: 640×512 pikseli

#### **XIII. System analizy i pomiaru zanieczyszczeń powietrza**

Urządzenie powinno umożliwiać montaż równocześnie wszystkich modułów odczytujących zawartość związków chemicznych w powietrzu, które muszą być dostarczone wraz z systemem, tj.:  
- laserowy moduł wykrywania pyłu, PM 1.0, PM 2.5, PM 10. Rozdzielczość teoretyczna 1µg/m<sup>3</sup>, zakres odczytu od 1 do co najmniej 500 µg/m<sup>3</sup>. Metoda pomiaru: laserowe rozpraszanie.

- moduł wysokiej rozdzielczości do wykrywania O<sub>3</sub>+NO<sub>2</sub>. Rozdzielczość teoretyczna 0.5ppb, zakres odczytu do co najmniej 20500 µg/m<sup>3</sup>. Metoda pomiaru: elektrochemiczna

**Sekcje XII i XIII SIWZ zmienia się na:**

**XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć w Politechnice Świętokrzyskiej Art. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek „B”) pokój nr 2.33 w terminie do **04-09-2019 do godz. 12<sup>00</sup>”**

a) w sekcji XIII ust. 1 SIWZ który w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:

**XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Art. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek „B”) pokój nr 2.33 w dniu **04-09-2019 o godz. 13<sup>00</sup>.”**

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie.

Wzywa się Wykonawców do uwzględnienia zmian w SIWZ przed złożeniem oferty.

**KANCLERZ**  
  
dr inż. Kazimierz Sokółowski