

Politechnika Świętokrzyska  
25 – 314 Kielce  
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

Kielce, dnia 23.11.2020 r.

ATZ-381/84-5/20

### WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wagi analitycznej, wagi półtechnicznej, wytrząsarki, łaźni wodnej, dejonizatora dla Laboratorium Biomasy Stałej i Energetyki Biogazowej Politechniki Świętokrzyskiej

w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Nr ogłoszenia w Dz.Urz UE: 2020/S 215-526568 z dnia 04.11.2020, znak: ATZ-381-84/20

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej Pzp, wyjaśnia co następuje:

### PYTANIA

1. Czy zamawiający dopuszcza dejonizator o wymiarach (SxGxW): 235x470x570 mm?

### ODPOWIEDZI

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza dejonizatora o wymiarach (SxGxW): 235x470x570 mm. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia: „12.Wymiary zewnętrzne nie większe niż wysokość x szerokość x głębokość 535mmx365mmx400mm”. Zamawiający pozostawia wymóg opisu przedmiotu zamówienia bez zmian.

REKTOR



prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

