

Politechnika Świętokrzyska
25 – 314 Kielce
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

Kielce, dnia 30.12.2020 r.

AZA-381/3-5/20

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pieca komorowego z kontrolerem z przyłączem gazu ochronnego dla 3 różnych gazów wraz z argonem, azotem, powietrzem, i systemem dozowania gazu dla Laboratorium Biomasy Stałej i Energetyki Biogazowej Politechniki Świętokrzyskiej

w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Nr ogłoszenia w Dz.Urz UE: 2020/S 230-566263 z dnia 25.11.2020, znak: AZA-381-3/20

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej Pzp, wyjaśnia co następuje:

PYTANIA

Przedmiotem zamówienia jest piec z systemem dozowania 3 różnych gazów (argon, azot, powietrze), co wskazuje że komplet aparatury powinien zawierać 3 automatyczne systemy zasilania gazem ochronnym (N₂, Ar, Air) oraz 3 reduktory butlowe i 3 butle (N₂, Ar, Air). Co więcej, w przypadku wyposażenia pieca w 3 systemy zasilania gazem ochronnym piec musi być wyposażony w zaawansowany kontroler umożliwiający zapisanie 50 programów (jest 5) i 40 segmentów w każdym (jest 4). Tymczasem, załącznik nr 1 opisujący wymagania techniczne mówi tylko o jednym automatycznym systemie zasilania gazem, 2 butlach i nie wymaga w ogóle dostawy reduktorów.

Prosimy zatem o weryfikację wymagań technicznych aby stanowiły kompletny, gotowy do użycia zestaw aparatury z odpowiednim kontrolerem.

ODPOWIEDZI

Po dokonaniu weryfikacji wymagań technicznych Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia. W załączeniu opis przedmiotu zamówienia po zmianach.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany ust. 1 w pkt XII SIWZ **Miejsce i termin składania ofert** oraz ust. 1 w pkt XIII SIWZ **Miejsce i termin otwarcia ofert**, które w miejsce dotychczasowych otrzymują brzmienie:

„XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie **do 19.01.2021 r. do godz.12⁰⁰**

„XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.01.2021 r. o godz.13⁰⁰** za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.
Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek „B”), pokój nr 2.33”

KANCLERZ



dr inż. Artur Szmidt

