

Politechnika Świętokrzyska
25 – 314 Kielce
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

Kielce, dnia 12.09.2018 r.

ATZ-109/2018

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **Miernika do pomiarów pH betonu w zawiesznie z wyposażeniem; Zestawu do pobierania pyłu betonowego przy ocenie zagrożenia korozyjnego zbrojenia w betonie dla Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnostowania Obiektów Technicznych Politechniki Świętokrzyskiej**

w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Nr ogłoszenia w Dz.Urz UE: 2018/S 155-355255 z dnia 14.08.2018, znak: ATZ-381-27/18

W związku z wniesionymi zapytaniem wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Pzp, wyjaśnia co następuje:

PYTANIA

1. Zwracam się z następującymi zapytaniem do specyfikacji technicznej **dot. części 1**- miernik do pomiarów pH betonu - Prosimy o doprecyzowanie: czy wraz z miernikiem ma być dostarczona również drukarka?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów SIWZ:

Oferujemy następujące warunki serwisu gwarancyjnego na przedmiot zamówienia:

- przystąpienie do usuwania awarii sprzętu w ciągu..... godz. (podać w pełnych godzinach, termin nie może być dłuższy niż 24h) od dnia zgłoszenia w dni robocze tzn. od przybycia pracownika Wykonawcy na miejsce w którym zainstalowany będzie sprzęt i jego przystąpieniem do usuwania awarii,

na: przystąpienie do usuwania awarii sprzętu w ciągu..... godz. (podać w pełnych godzinach, termin nie może być dłuższy niż 72) od dnia zgłoszenia w dni robocze tzn. od przybycia pracownika Wykonawcy na miejsce w którym zainstalowany będzie sprzęt i jego przystąpieniem do usuwania awarii,

- usunięcie awarii w czasie nie dłuższym niżdni od chwili przystąpienia do usuwania awarii (podać w dniach, termin nie może być dłuższy niż 7 dni),

na: usunięcie awarii w czasie nie dłuższym niżdni od chwili przystąpienia do usuwania awarii (podać w dniach, termin nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych, o ile naprawa nie wymaga sprowadzenia części zamiennych niedostępnych w Polsce),

Zobowiązujemy się zrealizować zamówienia w terminie:

Część I.....dni roboczych od zawarcia umowy (podać w dniach termin nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych)

Na: Część I.....dni roboczych od zawarcia umowy (podać w dniach termin nie może być dłuższy niż 21 dni roboczych)

§ 8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia, po spełnieniu wymogów, o których mowa w § 7 umowy.

Na: Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia, po spełnieniu wymogów, o których mowa w § 7 umowy.

§ 9. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- a) za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 200,00 zł netto za każdy dzień opóźnienia,
- b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady w wysokości 200,00 zł netto za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
- c) w przypadku nie usunięcia awarii w terminie określonym w § 10 ust. 2 umowy w okresie gwarancji i nie dostarczenia sprzętu zastępczego w wysokości 200,00 zł netto za każdy dzień opóźnienia.
- d) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania awarii w wysokości 100,00 zł netto za każdą godzinę opóźnienia.

Na:

- a) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości netto za każdy dzień zwłoki,**
- b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1% wartości netto za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.**
- c) w przypadku nie usunięcia awarii w terminie określonym w § 10 ust. 2 umowy w okresie gwarancji i nie dostarczenia sprzętu zastępczego w wysokości 0,1% wartości netto za każdy dzień zwłoki**
- d) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania awarii w wysokości 0,1% wartości netto za każdy dzień zwłoki**

ODPOWIEDZI


1. W specyfikacji są m.in. wyszczególnione:

- możliwość drukowania raportów z przeprowadzonych badań,
- oprogramowanie (wraz z kablem USB) do komputera umożliwiające gromadzenie i odczyt danych z pomiarów.

Jeśli zatem raporty z badań będą mogły być drukowane na dowolnej drukarce kompatybilnej z komputerem, w którym działa oprogramowanie umożliwiające gromadzenie i odczyt danych z pomiarów, to dostarczenie drukarki nie jest wymagane.

Jeżeli natomiast oprogramowanie jest na tyle specyficzne, że wydruki są możliwe tylko na konkretnej drukarce, to musi ona być częścią zestawu, aby mógł być spełniony warunek specyfikacji.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWIZ.

KIEROWNIK
projektu CENWIS

dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk