

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw do pobierania pyłu betonowego przy ocenie zagrożenia korozyjnego zbrojenia w betonie

Zestaw do pobierania pyłu betonowego z elementów obiektów budowlanych:

- ściernica z osprzętem umożliwiającą ścieranie warstwy betonu w przedziałach głębokości od 0,25 mm do 2,0 mm,
- ściernica umożliwiająca ścieranie do głębokości minimum 25 mm,
- obszar ścierania powinien umożliwiać dla warstwy grubości 1 mm pobranie do badania minimum 8 g pyłu,
- ściernica umożliwiająca zbieranie pyłu z powierzchni bocznych badanego elementu,
- możliwość zbierania pyłu przy ścieraniu powierzchni górnej badanego elementu,
- minimum dwie koronki ścierające w zestawie,
- możliwość mocowania ściernicy do badanego elementu konstrukcji,
- możliwość mocowania ściernicy do cylindrycznych próbek laboratoryjnych,
- możliwość łatwego transportowania zestawu w warunkach polowych,
- zasilanie 230 V,
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- gwarancja jakości minimum 12 miesięcy.