

ATZ- 381/26-5/19

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę stanowiska do badań termograficznych w podczerwieni- kamery termowizyjne nowej generacji z oprogramowaniem do badań laboratoryjnych z bliskiej odległości o specjalistycznej optyce oraz dostawę goniometru z oprogramowaniem do badań wymiany ciepła cieczy z nanododatkami dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.**

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2018 . 1986 tj. ), zwanej dalej Pzp, wyjaśnia co następuje:

### Pytanie 1

Proszę o informację czy dopuszczacie Państwo zmianę zapisu w treści załącznika nr 1

z:

Ponadto, kamera powinna posiadać następujące funkcje:

- komunikacja z aplikacją przez Bluetooth

na:

Ponadto, kamera powinna posiadać następujące funkcje:

- komunikacja z aplikacją przez WiFi

Lub czy dopuszczacie kamerę, która komunikację z aplikacją będzie miała poprzez WiFi.

### Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza kamerę, która komunikację z aplikacją będzie miała poprzez WiFi. Jednocześnie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 dla części nr 1 pkt, w następujący sposób:

Ponadto, kamera powinna posiadać następujące funkcje:

- **komunikacja z aplikacją przez Bluetooth lub WiFi**

W załączeniu opis przedmiotu z uwzględnieniem wyżej wymienionej zmiany.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ. Zmianie ulegają następujące rozdziały SIWZ, które w miejsce dotychczasowych otrzymują brzmienie:

- rozdział XII SIWZ **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT** :
1. „Ofertę należy złożyć w Politechnice Świętokrzyskiej Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek „B”) pokój nr 2.33 w terminie **do 05.06.2019r. do godz. 12<sup>00</sup>**
  2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

- rozdział XIII SIWZ **MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:**

1. „Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek „B”) pokój nr 2.33 w dniu 05.06.2019r. o godz.13<sup>00</sup>.”

Zatwierdził



dr inż. Kazimierz Sokołowski

Kanclerz

dr inż. Kazimierz Sokołowski