

Kielce, dnia 10.09.2019 r.

Politechnika Świętokrzyska
25 – 314 Kielce
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

ATZ- 381/43- 11/2019

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**dostawę tunelu aerodynamicznego, generatorów, momentomierzy oraz oprzyrządowania pomiarowego dla Politechniki Świętokrzyskiej**” - w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (DZ.U.2018.1986 tj.), zwanej dalej ustawą Pzp, wyjaśnia co następuje:

PYTANIE 1

Czy obciążenie generatorów w postaci żarówek lub rezystorów może być regulowane nie za pomocą rezystorów regulacyjnych, a za pomocą elektronicznego układu pracującego na zasadzie PWM zasilanego z pomocniczego zasilacza o napięciu 24 V DC, a regulacja obciążenia w tym układzie odbywa się przez podanie standardowego sygnału regulacyjnego 0-10 V ?

PYTANIE 2

Czy zasilanie momentomierzy może odbywać się z zasilacza o napięciu 12 V DC, a nie z zasilacza o napięciu 24 V DC ?

Ad. 1

Tak obciążenie może być regulowane przez taki układ o ile do tego układu dostarczony będzie zasilacz DC o napięciu 24V (zasilający ten układ)

Ad. 2

Tak momentomierze mogą być zasilane napięciem 12 V DC o ile do nich dostarczony będzie taki zasilacz (12 V DC).

W związku z wyżej udzielonymi odpowiedziami Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 Pzp dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w części 2. W załączeniu opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmiany w części 2.

Jednocześnie zmianie ulega:

a) w sekcji **XII ust. 1 SIWZ**, który w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:

„XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w Politechnice Świętokrzyskiej Art. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek „B”) pokój nr 2.33 w terminie do 20-09-2019 do godz. 12⁰⁰”

b) w sekcji **XIII ust. 1 SIWZ** który w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:

„XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Art. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek „B”) pokój nr 2.33 w dniu 20-09-2019 o godz. 13⁰⁰.”

KANCLERZ

dr inż. Kazimierz Sokołowski